

## Anexo Técnico de Acreditação L0405-1

*Accreditation Technical Annex*

A entidade a seguir indicada está acreditada como **Laboratório de Ensaios**, segundo a norma **NP EN ISO/IEC 17025:2018**

*The body indicated below is accredited as a Testing Laboratory according to ISO/IEC 17025*

### **JANZ, Contagem e Gestão de Fluidos, S.A.** **Laboratório de Ensaios de Contadores de Água**

Endereço Av. Infante D. Henrique nº 286-288  
Address 1950-421 Lisboa

Contacto Eng.º Bernardo Sequeira  
Contact

Telefone 218316000  
Fax -----  
E-mail bsequeira@janz.pt  
Internet <https://cgf.janz.pt/>

### **Resumo do Âmbito Acreditado**

### **Accreditation Scope Summary**

#### **Características metrológicas e funcionais**

#### **Metrological and functional characteristics**

Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação.

*Note: see in the next page(s) the detailed description of the accredited scope.*

Este Anexo Técnico é válido desde 2021-11-24 e substitui o(s) anteriormente emitido(s) com o mesmo código.  
Este Anexo Técnico pode ser sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, pelo que a sua atualização e validade devem ser confirmadas no Diretório de Entidades Acreditadas do IPAC, disponível em [www.ipac.pt](http://www.ipac.pt) ou clicando na ligação abaixo:  
<http://www.ipac.pt/docsig/?WL65-9R9B-A2E6-O8I7>

*This Technical Annex is valid from the date on the left and replaces those previously issued with the same code. Its validity can be checked in the website hyperlink on the left.*

**Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias:**

**Testing may be performed according to the following categories:**

- 0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório
- 1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
- 2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

- 0 Testing performed at permanent laboratory premises
- 1 Testing performed outside the permanent laboratory premises or at a mobile laboratory
- 2 Testing performed at the permanent laboratory premises and outside

## Anexo Técnico de Acreditação L0405-1

Accreditation Technical Annex

### JANZ, Contagem e Gestão de Fluidos, S.A. Laboratório de Ensaios de Contadores de Água

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
<b>CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS E FUNCIONAIS</b> <i>METROLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS</i>				
1	Contadores de água limpa fria DN 15 a DN 50	Determinação de características e propriedades metrológicas e funcionais: - Ensaios de Pressão (estanquicidade);	NJ 7 7801 0009, rev. K de 2018-09-20  ISO 4064-2:2014	0
2	Contadores de água limpa fria DN 15 a DN 50	Determinação de características e propriedades metrológicas e funcionais: - Ensaios de perda de pressão (perda de carga).	NJ 7 7801 0009, rev. K de 2018-09-20  ISO 4064-2:2014	0
3	Contadores de água limpa fria DN 15 a DN 50	Determinação de características e propriedades metrológicas e funcionais: - Ensaios para determinação dos erros de medição em função do caudal;	NJ 7 7801 0009, rev. K de 2018-09-20  ISO 4064-2:2014	0
<b>FIM</b> <b>END</b>				

**Notas:**

**Notes:**

- NJ XXXXXXXXX indica procedimento interno do Laboratório.

Paulo Tavares  
Vice-Presidente